

ご 案 内

2022年9月

お得意先各位

謹啓

残暑の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。下記の通りご案内を申し上げます。

敬具

記

【部品供給終了につきまして】

●2022年9月更新

販売供給中止後10年以上を経過しております添付リストの製品につきまして、
修理・部品の供給を終了させていただきます。

尚、手術台に関しましては、修理部品供給が終了している場合でも、可能な限り対応を継続
致しますが、故障個所によっては対応できない場合もございますので、何卒ご理解いただき
計画更新のご検討を宜しくお願い申し上げます。

以上

ミズホ株式会社

修理・部品供給終了機器一覧

2022年9月現在

製品:手術台	最終製造年	修理対応終了
MOS-1101 シリーズ	1998年	※1
MOC-1800 シリーズ	2001年	※1
MOT-5100	2002年	※1
MOT-5501 シリーズ	1998年	※1
MOT-5600 シリーズ	2001年	※1
MOT-8000/8100 シリーズ	2008年	※1
MOT-8200 シリーズ	2004年	※1
MST-7000/7100 シリーズ	2001年	※1
MST-7200 シリーズ	2008年	※1
SPL-280/330 シリーズ	2001年	※1
MRT-3100/B	1993年	※1
VACB-3001	2007年	※1
MOT-5601 シリーズ	2011年	※1
MOT-5700	2011年	※1
製品:電動機器関連	最終製造年	修理対応終了
卓上血圧計・スタンド式血圧計	2002年	※2
電動動脈止血器 MT-700・720	2003年	※2
電動動脈止血器 MT-730・730A	2002年	※2
デジタルエアータニケット MT-820	2011年	※2
電気刺激装置 オステオトロン 2	2008年	※2
電気刺激装置 オステオトロン ミニ	2008年	※2
ギブスカッター M1・M2	2008年	※2
GPM フィジオテック 1000S	2004年	※2
バイポーラ MICRO-1C	2004年	※2
バイポーラ MICRO-3E	1997年	※2
バイポーラ MICRO-3D・3F	2006年	※2
電気手術器 SS-2100・2130	1999年	※2
電気手術器 MESU-150	2004年	※2
電気手術器 TRC1500B	2009年	※2
電気手術器 TFT-8B・8S	2005年	※2
吸引器 MSP-205・103	1986年	※2
吸引器 MSP-205A・205B	1995年	※2
吸引器 MSP-211・212	1998年	※2
吸引器 MSP-207・207M・208・208A	2002年	※2
吸引器 MSP-103B	2007年	※2
低圧持続吸引器 MSP-210	1994年	※2
低圧持続吸引器 MSP-210D	2004年	※2
オゾン殺菌装置ロッカー OP-32	2005年	※2
オゾン殺菌装置ベットマット OP-50	2007年	※2
オゾン殺菌装置 OP-10	2006年	※2
オゾン殺菌装置 OV-10M	2007年	※2
スリッパ殺菌ディスペンサー	2006年	※2
非常携帯バッテリー	2014年	※2

修理終了予定機器一覧

2022年9月現在

製品:手術台	最終製造年	修理対応終了予定
MOT-5801 シリーズ	2014年	2025年
VACB-3003	2015年	2026年
MST-7201 シリーズ	2017年	2028年
トランスミューバー MT-55・70	2010年	2023年
MOT-5701	2017年	2028年

※1 供給出来ない部品がございますが、出来得る限りの修理対応をさせていただきます。

※2 修理対応を終了とさせていただきます。

※計画的な保守・更新の目安に、最終販売確定機種も掲載しております。

※量産機種以外のシリーズもございます。

ご判断が困難な掲載機種以外につきましては、弊社営業担当者へお問い合わせをお願いいたします。