

ご 案 内

2024年3月

お得意先各位

謹啓

早春の候、貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
Genesis 滅菌コンテナー 蒸気用インジケータアローの滅菌ラベルにつきまして、製造元の Steris 社(米国)より、以下の案内が入りましたのでご連絡させていただきます。

敬具

記

対象製品： Genesis滅菌コンテナー 蒸気用インジケータアロー
製品コード：08-639-03 AS2-2(500本入) / 08-639-04 AS2-3(1000本入)

内 容： 滅菌前のインジケータラベルの色調に違い(白色からベージュ色のトーン)が見られる場合がございます。蒸気滅菌完了後は、濃淡に差はありますが、黒色に変化いたします。滅菌前の色調の違いは、原材料の化学成分の特性によるもので品質に問題はございません。

【滅菌前の色調】



【滅菌後の色の変化】



以上